



Quantum Blue® Reader Bedienerhandbuch



INHALTSVERZEICHNIS

1 Einleitung	4
2 Allgemeine Informationen	4
2.1 Technische Hilfe	4
2.2 Grundsatzerklärung	4
2.3 Version Bedienerhandbuch	4
3 Verwendungszweck des Quantum Blue® Readers	4
4 Sicherheitsinformationen	5
4.1 Richtige Verwendung	5
4.2 Elektrische Sicherheit	6
4.3 Umgebungsbedingungen am Standort	6
4.4 Umweltgefährdungen	6
4.5 Hitzegefahr	6
4.6 Wartungssicherheit	6
4.7 Abfallentsorgung	6
4.8 Symbole auf dem Quantum Blue® Reader	7
4.9 Symbole auf der Verpackung des Quantum Blue® Reader	8
5 Funktionsbeschreibung	9
5.1 Hardware	9
5.2 Im Lieferumfang enthaltene Komponenten	10
6 Auspacken und Einrichtungsverfahren	10
6.1 Auspacken des Quantum Blue® Readers	10
6.2 Einrichtung und Anschluss des Quantum Blue® Readers	10
6.2.1 Wechselstromanschluss	10
7 Installation	11
7.1 Anforderungen	11
7.2 Hardware-Installation / Zubehör	11
7.3 Standortwechsel des Quantum Blue® Readers	11
8 Allgemeine Bedienung	12
8.1 Ein- und Ausschalten des Quantum Blue® Readers	12
8.2 Inbetriebnahme des Geräts	12
8.3 Erstanmeldung	12
8.4 Abruptes Herunterfahren	12
8.5 Menüstruktur	13
8.6 Anzeige des Hauptmenüs	13
9 Verwendung des Geräts	14
9.1 Die zwei Bedienungsoptionen (Abfolgemodi)	14
9.2 Fail Safe Mode: Starten eines Tests	15
9.3 Fast Track Mode: Starten eines Tests	18
10 Ergebnisse anzeigen	22
11 System und Einstellungen	23
11.1 Status	23
11.2 Tests aktualisieren	24
11.3 Einstellungen	25
11.3.1 Präferenzen: Einstellungen Helligkeit und Sprache	25
11.3.2 Adminbereich: Einstellungsoptionen für Administrator	26

11.4 Menüstruktur im Adminbereich	26
11.4.1 Datum und Uhrzeit	26
11.4.2 Daten verwalten	27
11.4.3 Löschen von nicht gesendeten Ergebnissen	28
11.4.4 Rohdaten exportieren	28
11.4.5 Benutzerverwaltung	29
11.4.6 Software aktualisieren	30
11.4.7 Abfolgemodus	30
11.4.8 Reset auf Basiseinstellungen	30
11.4.9 Dialog: Verwaltung der Einstellungen	31
Dialog - Einstellungen: Untermenü Netzwerk	31
Dialog - Einstellungen: Untermenü Connect	32
Dialog - Einstellungen: Untermenü Sicherheit	32
11.4.10 Abschalt-Settings	33
12 Wartung und Reinigung	33
12.1 Reinigung	33
12.2 Wartung	34
12.3 Geräte - Selbsttest	35
13 Technische und wissenschaftliche Hilfe	36
14 Fehlerbehebung und Meldungen	36
15 Technische Daten	38
15.1 Abmessungen und Gewicht des Geräts	38
15.2 Mechanische Daten und Hardware-Merkmale	38
15.3 Software-Merkmale	38
15.4 Optik	39
15.5 Anforderungen an die Stromversorgung des Geräts	39
15.6 Optionales Zubehör	39
15.7 Anwendbare Normen	40
16 Garantie und Verpflichtungen	41
16.1 Produktgarantie	41
16.2 Verpflichtungen des Nutzers	41
16.3 Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE)	42
17 Konformitätserklärung	43
Änderungslog	45

1 EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Quantum Blue® Reader entschieden haben. Wir sind sicher, dass dieses Produkt ein fester Bestandteil bei Ihrer täglichen Arbeit werden wird.

Schnelle Tests ermöglichen eine schnelle Bereitstellung von Ergebnissen und dienen dem medizinischem Fachpersonal daher als Hilfsmittel, um sofortige Entscheidungen zu treffen. Auf Basis der umfangreichen Erfahrung mit der reflektometrischen Detektion mittels Quantum Blue® Readern durch tausende Kunden weltweit hat BÜHLMANN Laboratories AG eine neue Generation von Auswertegeräten für Schnelltests entwickelt. Der Quantum Blue® Reader ist ein hochempfindliches, stabiles und wirtschaftliches Messsystem für Lateral Flow Tests. Dieses flexible und zuverlässige System, das auf einem gebrauchsfertigen Konzept basiert, ermöglicht den Benutzern die einfache Durchführung von Lateral Flow Tests.

Dieses Handbuch beschreibt, wie der Quantum Blue® Reader betrieben wird. Vor dem Gebrauch dieses Geräts ist es unerlässlich, dass Sie dieses Bedienerhandbuch aufmerksam durchlesen.

2 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

2.1 Technische Hilfe

Bei BÜHLMANN Laboratories AG sind wir stolz auf die Qualität und Verfügbarkeit unserer technischen und wissenschaftlichen Hilfe. Unsere Kundendienstabteilung ist mit erfahrenen Wissenschaftlern und Ingenieuren besetzt, die über umfassende praktische und theoretische Erfahrung bei der Anwendung von BÜHLMANN Laboratories AG Produkten verfügen.

Wenn Sie technische oder wissenschaftliche Hilfe zu Quantum Blue® Produkten benötigen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebshändler von BÜHLMANN Laboratories AG (siehe Kapitel [13 Technische und wissenschaftliche Hilfe](#)).

Aktuelle Informationen zu Lateral Flow Tests des Quantum Blue® Readers sind unter <https://www.buhlmannlabs.ch> erhältlich.

2.2 Grundsatzklärung

Es ist der Grundsatz von BÜHLMANN Laboratories AG, Produkte zu verbessern, wenn neue Methoden oder Komponenten verfügbar sind. BÜHLMANN Laboratories AG behält sich das Recht vor, die Spezifikationen von Produkten jederzeit zu ändern.

2.3 Version Bedienerhandbuch

Dieses Dokument entspricht dem Quantum Blue® Reader User Manual VA3_IVDR_DE.

3 VERWENDUNGSZWECK DES QUANTUM BLUE® READERS




Der Quantum Blue® Reader ist ein Schnelltest-Lesegerät zum *in vitro* Nachweis und/oder zur Quantifizierung von Analysemethoden auf Lateral Flow Testkassetten.

Der Quantum Blue® Reader wird ausschließlich in Kombination mit BÜHLMANN Lateral Flow Tests verwendet.

4 SICHERHEITSINFORMATIONEN

Die Anweisungen und Sicherheitsinformationen in diesem Bedienerhandbuch müssen befolgt werden, um den sicheren Betrieb des Quantum Blue® Readers zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass, wenn das Gerät anders verwendet wird als von BÜHLMANN Laboratories AG vorgesehen, die vorhandenen Schutzvorrichtungen des Geräts beschädigt werden können.

Die folgenden Arten von Sicherheitsinformationen sind im Handbuch aufgeführt. Einzelheiten werden im nachfolgend angegebenen Format angegeben.


 GEFAHR	Der Begriff GEFAHR wird verwendet, um Sie über Situationen zu informieren, die zum Tod oder zu einer ernsthaften Verletzung führen können.
 WARNUNG	Der Begriff WARNUNG wird verwendet, um Sie über Situationen zu informieren, die zu einer Verletzung anderer Personen führen können.
 VORSICHT	Der Begriff VORSICHT wird verwendet, um Sie über Situationen zu informieren, die zu einer Beschädigung des Geräts oder anderer Geräte führen können.
HINWEIS	Der Begriff HINWEIS bezeichnet Informationen, die als wichtig erachtet werden, aber nicht gefahrbedingt sind (z. B. Sicherheitsmeldungen, Wartungs- und Reinigungsvorschriften).

HINWEIS	Die in diesem Bedienerhandbuch gegebenen Hinweise sind dazu gedacht, die geltenden Sicherheitsanforderungen im Land des Benutzers zu ergänzen, diese nicht aber zu ersetzen.
----------------	--



4.1 Richtige Verwendung

Der Quantum Blue® Reader darf nur von Personal betrieben werden, das mit BÜHLMANN Quantum Blue® Tests vertraut ist und angemessen geschult wurde.

Da potenziell infektiöse Patientenproben mit dem Quantum Blue® Reader gemessen werden, empfiehlt BÜHLMANN die Verwendung einer adäquaten persönlichen Sicherheitsausrüstung wie zum Beispiel Handschuhe. Patientenproben sollten gemäß Good Laboratory Practice (GLP) unter Verwendung geeigneter Vorsichtsmaßnahmen gehandhabt werden. Sollte der Quantum Blue® Reader trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in Kontakt mit potenziell infektiösem Material kommen, befolgen Sie bitte die in Kapitel [12.1 Reinigung](#) aufgeführten Anweisungen.

 WARNUNG	Die unsachgemäße Verwendung des Quantum Blue® Readers kann Personenschäden oder Schäden am Gerät verursachen.
	Der Quantum Blue® Reader darf nur von qualifiziertem Personal betrieben werden, das angemessen geschult wurde.
	Geräte-bedingte Eingriffe dürfen nur durch Mitarbeiter von BÜHLMANN Laboratories AG durchgeführt werden.



4.2 Elektrische Sicherheit

 GEFAHR	<p>Defekte an elektrischen Komponenten/Unterbaugruppen müssen unverzüglich repariert werden. Bis zur Reparatur darf das System, die Unterbaugruppe oder die Gerätekomponente nicht in seinem fehlerhaften Zustand verwendet werden. Rufen Sie Ihren örtlichen BÜHLMANN Vertriebs Händler an.</p>
 VORSICHT	<p>Setzen Sie das Lesegerät nicht starker elektromagnetischer Strahlung aus. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers sicherzustellen, dass sich das Gerät dauerhaft in einer verträglichen elektromagnetischen Umgebung befindet, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen an die Störaussendung und Störfestigkeit gemäß Norm DIN EN 61326-2-6.</p>


4.3 Umgebungsbedingungen am Standort

Wenn der Quantum Blue® Reader in einer Umgebung eingesetzt werden soll, in der Staub oder Schmutz auftreten können, muss das Gerät regelmäßig gereinigt werden. Befolgen Sie dazu die Anweisungen, die in Kapitel [12.1 Reinigung](#) aufgeführt sind.

4.4 Umweltgefährdungen

 VORSICHT	<p>Vermeiden Sie einen direkten Lichteinfall auf den Quantum Blue® Reader während des Betriebs.</p>
 VORSICHT	<p>Vermeiden Sie, dass das Lesegerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird bzw. in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt.</p>

4.5 Hitzegefahr

 VORSICHT	<p>Setzen Sie das Lesegerät nicht hohen Temperaturen aus.</p>
---	---

4.6 Wartungssicherheit


Führen Sie die Wartung durch, wie in Kapitel [12.2 Wartung](#) beschrieben. BÜHLMANN Laboratories AG stellt Reparaturen in Rechnung, die aufgrund einer falschen Handhabung erforderlich sind.

4.7 Abfallentsorgung

Der Abfall von Tests, die mit dem Quantum Blue® Reader gemessen wurden, kann gefährliche Chemikalien oder ansteckende/biologisch gefährliche Materialien enthalten und muss gesammelt und entsprechend den nationalen, staatlichen oder lokalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und Gesetzen entsorgt werden.

4.8 Symbole auf dem Quantum Blue® Reader

Die folgenden Symbole sind auf dem Typenschild auf der Rückseite des Quantum Blue® Reader Geräts aufgeführt.

Symbol	Beschreibung
	CE-Kennzeichnung für Europa
	Kennzeichnung für <i>In-vitro</i> -Diagnostik, das Gerät ist für die Verwendung in der <i>In-vitro</i> -Diagnostik bestimmt
	Seriennummer
	Rechtmäßiger Hersteller
	Herstellungsdatum
	Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE)
	Katalognummer
	Vorsicht – Vor der Verwendung die Anweisungen durchlesen
IP10	IP-Klassifizierung
UDI-DI	Einmalige Produktkennung

4.9 Symbole auf der Verpackung des Quantum Blue® Reader

Symbol	Beschreibung
<p>Conditions</p> <p>Transport: -20°C to +50°C</p> <p>Storage: +15°C to +40°C</p> <p>ESAL01-MS-0033 Rev01</p>	Transport- und Lagerungsbedingungen
	Verpackung trocken halten!
	Die Verpackung mit Vorsicht behandeln!
	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union
	Importeur in der Europäischen Union

5 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

5.1 Hardware



Abbildung 1



Abbildung 2

1	Touch Display
2	Ein/Aus-Taste mit LED
3	Schublade für Lateral Flow Testkassette
4	Handgriff
5	Anschlussbuchse für die Stromversorgung
6	Typenschild (weitergehende Informationen siehe Kapitel 4.8 Symbole auf dem Quantum Blue® Reader)
7	3 USB-Buchsen (vom Typ A)
8	Ethernet-Buchse (RJ-45)

Die Schublade kann durch Drücken der Taste auf der Unterseite des Geräts (wie in Abbildung 3 dargestellt) vollständig ausgefahren werden, während die Schublade gleichzeitig herausgezogen wird. Achten Sie darauf, dass der weiße Ausrichtungspunkt auf der oberen rechten Seite der Schublade (wie in Abbildung 4 dargestellt) nicht berührt wird.



Abbildung 3



Abbildung 4

HINWEIS

Für die Einrichtung des Geräts und die Durchführung von Messungen muss die Schublade vollständig in das Gerät eingefahren werden.

HINWEIS

Schubladen dürfen nicht zwischen verschiedenen Quantum Blue® Reader Geräten ausgetauscht werden.

5.2 Im Lieferumfang enthaltene Komponenten

- Quantum Blue® Reader Gerät
- Kurzanleitungen für Fast Track Mode und Fail Safe Mode
- Anweisungen für das Herunterladen der Bedienerhandbücher und zusätzlicher Software-Tools (z. B. Quantum Blue® Connect Software)
- Stromkabel mit internationalem Anschlussadapter
- Reinigungs-/Wattestäbchen

6 AUSPACKEN UND EINRICHTUNGSVERFAHREN

6.1 Auspacken des Quantum Blue® Readers

Entnehmen Sie den Quantum Blue® Reader aus seinem Transportkoffer und stellen Sie ihn auf eine stabile und ebene Oberfläche und überprüfen Sie, ob alle Komponenten enthalten sind, die in Kapitel [5.2 Im Lieferumfang enthaltene Komponenten](#) aufgeführt sind.

Überprüfen Sie das Gerät sorgfältig, um sicherzustellen, dass es während des Transports nicht beschädigt wurde. Im Falle von Schäden oder fehlenden Komponenten (siehe hierzu Kapitel [5.2 Im Lieferumfang enthaltene Komponenten](#)), setzen Sie sich umgehend mit Ihrem örtlichen Vertriebs Händler von BÜHLMANN Laboratories AG in Verbindung.

HINWEIS

Bitte bewahren Sie den Originaltransportkoffer auf. Es ist bei Rücksendung oder Transport des Geräts erforderlich.

6.2 Einrichtung und Anschluss des Quantum Blue® Readers

6.2.1 Wechselstromanschluss

Das Quantum Blue® Reader darf nur mit dem Stromkabel verwendet werden, das mit dem Gerät geliefert wurde.

Schließen Sie das Niederspannungsende des Stromkabels am Anschluss auf der Rückseite des Geräts an (Pos. 5 in Kapitel [5.1 Hardware](#)). Schließen Sie das Netzspannungsende des Stromkabels in eine Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel auf beiden Seiten richtig angeschlossen ist.

⚠ VORSICHT

Bitte stellen Sie sicher, dass die örtlich verfügbare Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Quantum Blue® Readers angegeben ist.

7 INSTALLATION

7.1 Anforderungen

Der Quantum Blue® Reader sollte vorzugsweise auf einem Tisch oder einer stabilen Oberfläche mit genügend Freiraum platziert werden, um die Testkassetten einfach einführen zu können oder das Gerät einfach trennen zu können. Im Notfall oder unter fehlerhaften Betriebsbedingungen sollte der Standort jederzeit genügend Platz bieten, um das Gerät einfach von der Stromversorgung trennen zu können.

Der Quantum Blue® Reader ist ein hochempfindliches und präzises optisches Gerät. Das Ergebnis kann durch Vibrationen beeinträchtigt werden, z. B. wenn das Gerät in der Nähe von stark vibrierenden Maschinen aufgestellt wird.

Das Gerät korrigiert im Normalfall einfallendes Umgebungslicht. Fällt aber während der Messung Licht mit hoher Intensität in die Testkassetenschublade, kann es zu einer Beeinträchtigung der Messung kommen und dies muss möglichst vermieden werden.

HINWEIS

Das Lesegerät während des Betriebs nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

7.2 Hardware-Installation / Zubehör

Installation von Stromkabel-Optionen und Zubehör:

- **Externes Stromkabel:** Schließen Sie das externe Stromkabel an der Netzanschlussbuchse an (Pos. 5 in Kapitel [5.1 Hardware](#)). Ein blaues LED-Licht in der Ein/Aus-Taste zeigt den Anschluss an die Stromversorgung an.
- **Thermodrucker:** Der Quantum Blue® Reader kann an einen **Dymo TM 450/550** Etikettendrucker mit **großen Adressetiketten (101 x 54 mm)** über USB angeschlossen werden.

⚠ VORSICHT

Das Stromkabel des DYMO-Druckers nicht am Quantum Blue® Reader anschließen.

Dies kann bleibende Schäden am Quantum Blue® Reader verursachen.

- **Externes Barcode-Lesegerät:** Anstatt der Bildschirmtastatur kann ein externes Barcode-Lesegerät zur Eingabe der Benutzer-ID oder Proben-ID verwendet werden. Schließen Sie hierzu das USB-Kabel des Barcode-Lesegeräts an eine freie USB-Buchse auf der Rückseite des Quantum Blue® Readers an (Pos. 7 in Kapitel [5.1 Hardware](#)).

Der Quantum Blue® Reader wurde in Kombination mit dem Barcode-Lesegerät Modell Zebra DS 2208 geprüft. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, wenn alternative/andere Barcode-Lesegerät-Modelle verwendet werden.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass der Thermodrucker und das externe Barcode-Lesegerät nicht mit dem Quantum Blue® Reader geliefert und separat bei einem örtlichen Lieferanten bestellt werden müssen. BÜHLMANN stellt das oben beschriebene Zubehör nicht zur Verfügung.

7.3 Standortwechsel des Quantum Blue® Readers

Der Quantum Blue® Reader ist ein mobiles Gerät, bei dem ein Standortwechsel leicht durchführbar ist. Stellen Sie sicher, dass die ordnungsgemäßen Betriebsbedingungen stets erfüllt sind (siehe Kapitel [15 Technische Daten](#)).

HINWEIS

Bitte das Gerät während einer Messung nicht bewegen oder an einem anderen Ort aufstellen.

8 ALLGEMEINE BEDIENUNG

Haftungsausschluss: Die Screenshots in dieser Gebrauchsanweisung dienen nur zu Demonstrationszwecken und können je nach gewählter Gerätesprache, verwendeter Testmethode und Lotnummer variieren.

8.1 Ein- und Ausschalten des Quantum Blue® Readers

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste drücken (Pos. 2 Abbildung 1, Kapitel [5.1 Hardware](#)). Das Gerät zeigt einen standardmäßigen schwarzen Bildschirm an und wechselt dann in einen Startbildschirm. Nach erfolgreicher Initialisierung aller Komponenten wird die Home-Anzeige angezeigt.

Das Ausschalten erfolgt, indem die Ein/Aus-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt wird. Der Quantum Blue® Reader wird Sie vor dem Herunterfahren zur Bestätigung auffordern.

Beachten Sie bitte, dass das blaue LED-Licht weiterhin leuchtet, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

8.2 Inbetriebnahme des Geräts

Während des Hochfahrens wird ein routinemäßiger Selbsttest durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Werte der internen Grauwertskala sich im definierten Toleranzbereich befinden. Wenn sich die gemessenen Werte der internen Grauwertskala außerhalb des Toleranzbereichs befinden, wird eine Warnmeldung angezeigt. Weitere Informationen zu dieser Warnmeldung sind in Kapitel [12.2 Wartung](#) aufgeführt.

HINWEIS


Bitte stellen Sie sicher, dass die Schublade vollständig eingefahren ist.

8.3 Erstanmeldung

Beim Quantum Blue® Reader ist der Benutzerverwaltungsmodus standardmäßig eingeschaltet. Melden Sie sich bitte mit dem vorinstallierten Standardbenutzernamen „ADMIN“ (1) an. Das Initialpasswort ist „0000“ (2).

Nach der Erstanmeldung hat der Benutzer die Möglichkeit, das Administrator-Passwort zu ändern und neue Benutzer mit «Administratorrechten» oder «Laborbenutzerrechten» zu definieren. Die Benutzerverwaltung kann im Menü unter System/Einstellungen/Adminbereich/Benutzerverwaltung (siehe Kapitel [11.4.5 Benutzerverwaltung](#)) konfiguriert werden.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass das neu festgelegte Passwort mindestens 8 Zeichen enthält, davon mindestens 1 in Kleinbuchstaben, 1 in Großbuchstaben und 1 Ziffer. Fügen Sie zusätzliche Zeichen wie @ oder # hinzu, um das Passwort noch sicherer zu machen.



8.4 Abruptes Herunterfahren

Um das Gerät abrupt herunterzufahren, muss die Ein/Aus-Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt werden, bis das Gerät ausschaltet. Das Gerät muss anschließend neu gestartet werden.

8.5 Menüstruktur

In Abbildung 5 ist die Menüstruktur des Quantum Blue® Readers abgebildet. Das grau unterlegte Feld kennzeichnet Menüs, die nur für den Administrator verfügbar sind. Weitere Informationen zu Administrator-Einstellungen finden Sie in Kapitel [11.4.5 Benutzerverwaltung](#).




Abbildung 5

8.6 Anzeige des Hauptmenüs

Nach dem erfolgreichen Start des Systems wird die Home-Anzeige angezeigt. Die Home-Anzeige zeigt die drei Hauptmenüs an: Starten eines neuen Tests (1), Ergebnisse (2) und Systemeinstellungen (3) sowie die Abmeldefunktion (4) und das Datum und die Uhrzeit (5).



1	Schaltfläche zum Starten einer neuen Messung
2	Schaltfläche zur Anzeige der Ergebnisse
3	Schaltfläche zur Anzeige des Status und Änderung von Einstellungen
4	Schaltfläche zur Abmeldung vom Gerät
5	Statusleiste mit Anzeige von Datum/Zeit und ggf. Statussymbolen

9 VERWENDUNG DES GERÄTS

9.1 Die zwei Bedienungsoptionen (Abfolgemodi)

Der Quantum Blue® Reader verfügt über zwei Bedienungsoptionen: Fail Safe Mode und Fast Track Mode.

HINWEIS

Der Betriebsmodus kann von Benutzern mit Administratorrechten im Menü unter System/Einstellungen/Adminbereich/Abfolgemodus konfiguriert werden (siehe Kapitel [11 System und Einstellungen](#)).




Der Fail Safe Mode (siehe Kapitel [9.2 Fail Safe Mode: Starten eines Tests](#)) entspricht der Standardeinstellung und erfordert stets das Ablesen der Barcodekarte. Beim Start der Messung wird der Quantum Blue® Reader zuerst die testspezifische Inkubationszeit durchlaufen und dann die Testkassette scannen.

Im Fast Track Mode (siehe Kapitel [9.3 Fast Track Mode: Starten eines Tests](#)) kann die erwünschte Testmethode aus einer Liste, die bereits auf dem Quantum Blue® Reader installierte Testmethoden enthält, ausgewählt werden. Die Inkubationszeit kann übersprungen und ein externer Zeitmesser anstelle des internen Zeitmessers des Lesegeräts verwendet werden. Eine Testmethode mit den gleichen Einstellungen kann wiederholt werden, indem man in der Anzeige auf die Schaltfläche **Test wiederholen** (Repeat Test) drückt.

Der Fail Safe Mode ist für einzelne Test vorgesehen, wohingegen der Fast Track Mode zur Durchführung von Testserien bestimmt ist.

9.2 Fail Safe Mode: Starten eines Tests

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Messung beginnen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Probe zum richtigen Zeitpunkt aufgetragen wird, um die vorgeschriebene testspezifische Inkubationszeit sicherzustellen.



- Um einen neuen Lauf zu starten, drücken Sie in der Home-Anzeige die Schaltfläche (1) **START NEUER TEST**.

Schritt 1:

Der Arbeitsgang beginnt mit einer Anzeige, indem Sie aufgefordert werden, die Test-Barcodekarte einzusetzen.



- Öffnen Sie die Schublade, die sich auf der Vorderseite des Quantum Blue® Readers befindet, und setzen Sie die Barcodekarte in den Halter ein. Schließen Sie die Schublade und starten Sie den Ablesevorgang durch Drücken von **Barcode lesen** (Read Barcode).


Schritt 2:



- Entnehmen Sie die Barcodekarte und drücken Sie **Fortfahren** (Continue) wenn die Anweisungen in der Anzeige Sie dazu auffordern.


Anmerkung: Das Lesegerät hat jetzt alle methodenspezifischen Einstellungen für die Durchführung des Laufs geladen, wie z. B. die Testmethode, Lot-ID und Kalibrationsparameter..

Schritt 3:



- Bei einigen Testmethoden muss eventuell der Probentyp und/oder die Probenverdünnung ausgewählt werden. Bei Aufforderung, wählen Sie im Untermenü Ihren Probentyp und/oder die entsprechende Probenverdünnung aus.

Schritt 4:




- Ein Zusammenfassung wird angezeigt, in dem alle testspezifischen Parameter (z. B. Testmethode, Produkt-ID, Lot-ID, Verfallsdatum, Inkubationszeiteinstellung usw.) aufgeführt sind.
- Wenn die Testeinstellungen richtig sind, drücken Sie **Fortfahren** (Continue), um zur Anzeige für die Probeneingabe zu gehen.

Schritt 5:



- Geben Sie die Proben-ID über die Bildschirmtastatur, eine externe Tastatur oder über einen externen Barcode-Scanner ein (siehe Kapitel [7.2 Hardware-Installation / Zubehör](#)).
- Die Schaltfläche **Fortfahren** (Continue) wird angezeigt, wenn mindestens 3 Zeichen eingegeben werden. Drücken Sie **Fortfahren** (Continue), um zur letzten Anzeige zu gehen und die Messung zu beginnen.

Schritt 6:



- Tragen Sie Ihre Probe gemäß der testspezifischen Bedienungsanleitung auf die Testkassette auf. Stellen Sie sicher, dass die Testkassette in der richtigen Orientierung eingesetzt wird (siehe hierzu das Testkassettenrelief in der Schublade).
- Schließen Sie die Schublade und fahren Sie sofort durch Drücken auf **Messung starten** (Start Measurement) fort.
- Der Lauf beginnt nun mit der testspezifischen Inkubationszeit. Anschließend wird der Quantum Blue® Reader automatisch mit der Messung der Testkassette fortfahren.

Die Inkubation und Messung kann durch Drücken von (X) abgebrochen werden.




Schritt 7:

Nach der Messung wird das Ergebnis automatisch gespeichert und in der Anzeige für die Ergebniszusammenfassung angezeigt:



- Sie können das Ergebnis ausdrucken (1), wenn ein Drucker angeschlossen ist, oder zur Home-Anzeige zurückkehren (2).


9.3 Fast Track Mode: Starten eines Tests



- Um einen neuen Lauf zu starten, drücken Sie in der Home-Anzeige die Schaltfläche (1) **START NEUER TEST**.

Schritt 1a:

Die Anzeige "Methode auswählen" zeigt alle installierten Testmethoden an, die zuvor auf das Lesegerät hochgeladen wurden.




- Sie können eine bereits installierte Testmethode auswählen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Anzeige drücken (1).
- Wenn die gewünschte Testmethode in der Liste fehlt oder bisher kein Test installiert ist, drücken Sie (3) **Neuer Test/LOT-ID**, um eine neue Testmethode von der Barcodekarte zu importieren (siehe hierzu Fail Safe Mode, Schritt 2).
- Um einen Schritt zurück zu gehen, tippen Sie die Zurückgehen-Schaltfläche (<) (2) an. Drücken Sie länger, um zur Home-Anzeige zurückzukehren.

Schritt 1b:




- Wenn die gewünschte Testmethode ausgewählt ist, gehen Sie zur LOT-ID-Auswahl-Anzeige, wo die gewünschte Lot-ID für Ihre Testmethode ausgewählt werden kann (1).
- Wenn die Lot-ID fehlt, können Sie die Testmethode (3) mit der richtigen Lot-ID importieren, indem Sie die Barcodekarte verwenden, die der Testpackung beigelegt ist (siehe hierzu Fail Safe Mode, Schritt 2).
- Um einen Schritt zurück zu gehen, tippen Sie die Zurückgehen-Schaltfläche (<) (2) an. Drücken Sie länger, um zur Home-Anzeige zurückzukehren.

Schritt 2:




- Bei einigen Testmethoden muss eventuell der Probentyp und/oder die Probenverdünnung ausgewählt werden. Bei Aufforderung, wählen Sie im Untermenü Ihren Probentyp und/oder die entsprechende Probenverdünnung aus.

Schritt 3:



- Wählen Sie in der Anzeige INKUBATION ÜBERSPRINGEN, ob die Inkubationszeit für Ihre Testkassette über einen externen Zeitmesser gesteuert wird (**JA** (YES) drücken) oder ob die Inkubationszeit vom Lesegerät heruntergezählt werden soll (**NEIN** (NO) drücken).

Schritt 4:



- Ein Zusammenfassung wird angezeigt, in dem alle testspezifischen Parameter (z. B. Testmethode, Produkt-ID, Lot-ID, Verfallsdatum, Inkubationszeiteinstellung usw.) aufgeführt sind.
- Wenn die Testeinstellungen richtig sind, drücken Sie **Fortfahren** (Continue), um zur Anzeige für die Probeneingabe zu gehen.

Schritt 5:



- Geben Sie die Proben-ID über die Bildschirmtastatur, eine externe Tastatur oder über einen externen Barcode-Scanner ein (siehe Kapitel [7.2 Hardware-Installation / Zubehör](#)).
- Die Schaltfläche **Fortfahren** (Continue) wird angezeigt, wenn mindestens 3 Zeichen eingegeben werden. Drücken Sie **Fortfahren** (Continue), um zur letzten Anzeige zu gehen und die Messung zu beginnen.

Schritt 6a:

Wenn INKUBATION ÜBERSPRINGEN NEIN ausgewählt wurde (= die Inkubationszeit wird vom Lesegerät heruntergezählt):



- Tragen Sie Ihre Probe gemäß der testspezifischen Bedienungsanleitung auf die Testkassette auf. Stellen Sie sicher, dass die Testkassette in der richtigen Orientierung eingesetzt wird (siehe hierzu das Testkassettenrelief in der Schublade).
- Schließen Sie die Schublade und fahren Sie sofort durch Drücken auf **Messung starten** (Start Measurement) fort.
- Der Lauf beginnt nun mit der testspezifischen Inkubationszeit. Anschließend wird der Quantum Blue® Reader automatisch mit der Messung der Testkassette fortfahren.

Die Inkubation und Messung kann durch Drücken von (X) abgebrochen werden.



Schritt 6b:

Wenn INKUBATION ÜBERSPRINGEN JA ausgewählt wurde (= die Inkubationszeit wird von einem externen Zeitmesser heruntergezählt):



- Tragen Sie Ihre Probe gemäß der testspezifischen Bedienungsanleitung auf die Testkassette auf. Stellen Sie die testspezifische Inkubationszeit manuell an einem externen Zeitmesser ein, wie in der entsprechenden Bedienungsanleitung angegeben.
- Öffnen Sie die Schublade und setzen Sie die Testkassette in den Halter ein. Stellen Sie sicher, dass die Testkassette in der richtigen Orientierung eingesetzt wird (siehe hierzu das Testkassettenrelief in der Schublade).
- Sobald die Inkubationszeit auf dem externen Zeitmesser abgelaufen ist, schließen Sie die Schublade und Drücken Sie **Messung starten** (Start Measurement).
- Die Testkassette wird vom Quantum Blue® Reader gemessen.



Schritt 7:


Nach der Messung wird das Ergebnis automatisch gespeichert und in der Anzeige für die Ergebniszusammenfassung angezeigt.




- Sie können das Ergebnis ausdrucken (1), wenn ein Drucker angeschlossen ist, oder den Test mit den gleichen Einstellungen wiederholen (2), oder zur Home-Anzeige zurückkehren (3).

10 ERGEBNISSE ANZEIGEN

Durch Drücken der Schaltfläche **Ergebnisse** wird die Ergebnis-Anzeige angezeigt, die eine Übersicht der zuletzt erfassten Ergebnisse enthält.



Die Ergebnis-Anzeige zeigt alle Testergebnisse in einer Kachelansicht an. Zur Anzeige und Suche von Ergebnissen sind verschiedene Aktionen verfügbar (siehe nachfolgende Tabelle).




Nummer	Aktion
1	Antippen auf eine Kachel öffnet die Einzelergebnis-Ansicht, die alle Einzelheiten zum Ergebnis enthält (siehe Schritt 7 Fail Safe und Fast Track Mode).
2	Den Testmethodennamen, das Datum oder die Proben-/Benutzer-ID im Feld „Ergebnis suchen“ eingeben, um ein bestimmtes Testergebnis zu suchen.
3	Über die Ergebnisliste wischen, um in der Liste nach unten zu scrollen.

Langes Drücken auf eine Ergebniskachel öffnet ein Menü mit zusätzlichen Aktionen:

Nummer	Aktion
4	Ergebnisse zum Export oder Drucken auswählen.
5	Alle Ergebnisse auswählen oder die Auswahl aufheben.
6	Ausgewählte Ergebnisse auf einem USB-Stick im CSV-Format* speichern.
7	Ausgewählte Ergebnisse drucken.

*Zum Schutz der Daten vor Manipulation/Abänderung empfiehlt BÜHLMANN das Ausdrucken der erfassten Daten. Die Integrität der Daten ist nur im Gerät garantiert. Ein Transfer ist technisch möglich, es wird jedoch keine Haftung übernommen.

11 SYSTEM UND EINSTELLUNGEN



Das Systemmenü verfügt über vier Hauptabschnitte:

- **Status** (1) für die Anzeige von aktuellen Informationen zum Lesegerät wie z. B. Software-(SW)-Version, IP-Adresse oder Seriennummer.
- Menü **Tests aktualisieren** (2)
- Änderung von Geräte-**Einstellungen** (3)
- **Wartung** (4) des Quantum Blue® Readers


11.1 Status

Drücken Sie System/Status, um in ein Menü zu gelangen, in welchem Sie Zugriff auf technische Informationen zum Quantum Blue® Reader haben. Es sind zwei Optionen verfügbar:

- **Info Menü** (1): zeigt IP-Adresse, Gerätenamen, Geräte-ID, Seriennummer, Software-ID, Softwareversion und Betriebssystemversion an.
- **Ereignisprotokoll anzeigen** (2): zeigt eine chronologische List von Aktionen an, die vom Quantum Blue® Reader durchgeführt wurden, wie z. B. Anmeldeversuche, durchgeführte Messungen, sowie angezeigte Fehlermeldungen. Diese Liste kann auf einen USB-Stick exportiert werden.

Beide Menüs können über die Zurückgehen-Schaltfläche (←) verlassen werden.


- **QC-Check** (3): zusätzlich zum Selbsttest, der beim Start des Geräts durchgeführt wird, kann ein Verifizierungstest durchgeführt werden. Für den Fall, dass der QC-Check fehlschlägt, finden Sie in Kapitel [12.2 Wartung](#) und/oder [12.3 Geräte-Selbsttest](#) der Bedienungsanleitung, weitere Informationen zu Folge-Massnahmen.



11.2 Tests aktualisieren

Verwenden Sie dieses Menü, um den Quantum Blue® Reader mit neuen Testmethoden zu aktualisieren.

HINWEIS	Alle Benutzer können Methoden hinzufügen. Die Löschung bereits installierter Methoden kann nur durch Administratoren erfolgen.
----------------	--



Das Menü zeigt eine Übersicht über alle installierten Testmethoden. Es kann mithilfe des Suchfelds nach bestimmten Testmethoden gefiltert werden (1). Zum Importieren einer neuen Testmethode, drücken Sie **Neuer Test** (2). Der Quantum Blue® Reader fordert Sie auf, die Barcodekarte, die in jedem BÜHLMANN Lateral Flow Test Kit zum Import einer neuen Testmethode enthalten ist, in die Schublade einzusetzen (violetter Pfeil in Abbildung 6). Stellen Sie sicher, dass die Barcodekarte in der Schublade in der richtigen Orientierung positioniert ist (Abbildung 7).



Abbildung 6



Abbildung 7

Der Import einer neuen Methode kann bis zu 1 Minute dauern. Falls Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass die Barcodekarte nicht abgelesen werden kann, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Barcodekarte neu positionieren
- Sicherstellen, dass die Barcodekarte nicht verbogen ist
- Sicherstellen, dass der Barcodebereich sauber und unbeschädigt ist
- Stellen Sie sicher, dass die Barcodekarte in der richtigen Orientierung eingesetzt wurde (Abbildung 7)
- Falls die Barcodekarte trotz der oben genannten Schritte nicht abgelesen wird, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertriebshändler von BÜHLMANN Laboratories AG in Verbindung, um weitere Hilfe zu erhalten.

Wichtiger Hinweis: Der Quantum Blue® Reader verhindert das Importieren bereits installierter Testmethoden.

11.3 Einstellungen


Das Menü Einstellungen besteht aus den folgenden Untermenüs:

- **Präferenzen (1)**, auf welche alle Benutzer Zugriff haben
- **Adminbereich (2)**, auf welche nur Administratoren Zugriff haben

11.3.1 Präferenzen: Einstellungen Helligkeit und Sprache

Im Menü **Präferenzen** kann der Benutzer die Helligkeit der Anzeige einstellen (die Standardeinstellung ist 80 %) (1.1) und die Sprache des Lesegeräts auswählen (1.2).

Wenden Sie die gewünschte Sprache an, indem Sie auf die entsprechende Kachel in der Sprachenauswahlanzeige drücken.




11.3.2 Adminbereich: Einstellungsoptionen für Administrator

Auf dieses Menü haben nur Administratoren Zugriff, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist (siehe hierzu Kapitel [11.4.5 Benutzerverwaltung](#)).

Die folgenden Einstellungen können in diesem Menü geändert werden:

- **Datum und Uhrzeit** (1) Einstellungen des Quantum Blue® Readers
- **Daten verwalten** (2) zum Löschen von installierten Testmethoden oder Ergebnissen
- **Benutzerverwaltung** (3) zum Hinzufügen, Verwalten und Löschen von Benutzern
- **Software aktualisieren** (4), um ein Software-Update für das Gerät zu installieren
- **Abfolgemodus** (5), um zwischen Fail Safe Mode und Fast Track Mode zu wählen
- **Reset auf Basiseinstellungen** (6) zum Löschen aller gespeicherten Daten und Methoden auf dem Quantum Blue® Reader
- **Dialog:** Verwaltung der **Einstellungen** (7) zur Konfiguration von Netzwerkverbindungen für den Datentransfer
- **Abschalt-Settings** (8) zur Konfiguration des Zeitintervalls für das automatische Herunterfahren des Quantum Blue® Readers



11.4 Menüstruktur im Adminbereich

11.4.1 Datum und Uhrzeit

Verwenden Sie dieses Menü, um das Datum, das Datumsformat oder die Uhrzeit im Quantum Blue® Reader zu ändern.




Sie können zwischen den zwei folgenden Datumsformaten wählen: JJJJ-MM-TT und JJJJMMTT. Ändern Sie die Werte mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen neben den Datums- und Uhrzeitzahlen (3). Speichern Sie Ihre Auswahl durch Drücken auf **Speichern** (1).


11.4.2 Daten verwalten

In diesem Menü können Sie Daten löschen oder die Ergebnisdatenbank exportieren. Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

- **Methoden löschen** (1)
- **Ergebnisse löschen** (2)
- **Lösche nicht gesendete Ergebnisse** (3)
- **Ereignisprotokoll löschen** (4)
- **Rohdaten exportieren** (5)



Nachfolgend ist ein Beispiel aufgeführt, das zeigt, wie Methoden gelöscht werden. Die Untermenüs **Methoden löschen**, **Ergebnisse löschen** und **Lösche nicht gesendete Ergebnisse** haben eine ähnliche Struktur.




Durch Drücken der Schaltfläche des Untermenüs **Methoden löschen** wird eine Übersicht aller installierter Testmethoden auf dem Quantum Blue® Reader angezeigt. Mit der Textsuchfunktion können nach einzelnen Ergebnissen oder Testmethoden (1) gesucht und gefiltert werden.

Durch Drücken auf eine Testmethodenkachel wird der Auswahlmodus aufgerufen, in dem Sie einzelne (2) oder alle Kacheln (3) auswählen können. Bei Markierung von mindestens einer Kachel wird die Schaltfläche Löschen (4) aktiviert und die ausgewählten Kacheln können gelöscht werden.


11.4.3 Löschen von nicht gesendeten Ergebnissen

Wenn der Quantum Blue® Reader an einen externen Computer und/oder ein Labor-Informationssystem angeschlossen ist (weitere Informationen finden Sie im Quantum Blue® Connect Software Handbuch), zeigt das Untermenü alle nicht gesendeten Ergebnisse an. Ergebnisse werden u. U. aufgrund einer Netzwerkunterbrechung oder eines Serverproblems nicht gesendet. Sobald das Problem behoben ist und das Lesegerät wieder eine Verbindung zum Server hergestellt hat, überträgt das Lesegerät automatisch alle verbleibenden Ergebnisse an den Server. Wenn Sie die Ergebnisse nicht an den Server schicken möchten, können diese Ergebnisse oder eine Auswahl davon in diesem Untermenü gelöscht werden. Beachten Sie bitte, dass die Löschung von Ergebnissen in diesem Untermenü lediglich das Schicken der Ergebnisse an den Server verhindert, die Ergebnisse selbst sind weiterhin auf dem Lesegerät gespeichert.





11.4.4 Rohdaten exportieren

Dieses Menü ermöglicht den Export der Gesamtergebnisdatenbank, die auf dem Quantum Blue® Reader gespeichert ist, auf einen USB-Stick. Die Rohdaten können bei Fehlersuchen dabei helfen, die Fehlerursache zu ermitteln. Die Datei ist verschlüsselt und kann nur von BÜHLMANN Laboratories AG entschlüsselt werden. Siehe hierzu auch [13 Technische und wissenschaftliche Hilfe](#). Der Datentransfer kann einige Zeit dauern (bis zu ca. 10 Minuten).



11.4.5 Benutzerverwaltung



Die **Benutzerverwaltung** ist standardmäßig aktiviert (1). Es schützt das Lesegerät vor nicht autorisiertem Zugang und Gebrauch. Wenn die **Benutzerverwaltung** ausgeschaltet ist (2), sind beim Einschalten des Geräts keine Anmeldeinformationen erforderlich und der **Adminbereich** ist frei zugänglich. Bitte beachten Sie, dass bei Ausschalten von **Benutzerverwaltung** die erfassten Ergebnisse nicht mit den programmierten Benutzern verknüpft sind.



Es sind zwei Benutzerrollen verfügbar:

- 1) **Administrator**, welcher im Menü Einstellungen/Verwaltungsbereiche die Einstellungen ändern und Daten löschen kann
- 2) **Laborbenutzer „Lab user“**, welcher Zugang zu allen Menüs mit Ausnahme der Einstellungen im Verwaltungsbereich hat.

Anmerkung: Eine Übersicht über die Graphische Benutzeroberfläche und eine Darstellung der Administrator-Menüs ist in Kapitel [8.5 Menüstruktur](#) aufgeführt.




Wenn die **Benutzerverwaltung** aktiviert ist, können Administratoren neue Benutzerkonten einrichten (3) und die Rollen der Benutzer definieren (4). Das neue Konto wird durch Drücken von Speichern (5) bestätigt.

11.4.6 Software aktualisieren

Ihr örtlicher Vertriebshändler von BÜHLMANN Laboratories AG wird Sie über aktuelle Software-Updates informieren. In diesem Untermenü kann die Software-Version des Geräts aktualisiert und/ oder weitere Sprachen dem Sprachauswahlabschnitt hinzugefügt werden, indem ein USB-Stick mit einem Geräte-SW-Update oder einem Sprachen-Update eingesteckt wird.

Bestätigen Sie das erfolgreich abgeschlossene Update durch Drücken des Häkchen-Symbols.



11.4.7 Abfolgemodus

Wählen Sie hier zwischen dem Fast Track Mode oder dem Fail Safe Mode (siehe hierzu Kapitel [9.1 Die zwei Bedienungsoptionen \(Abfolgemodi\)](#)).

11.4.8 Reset auf Basiseinstellungen

Wenn Sie die Schaltfläche **Reset auf Basiseinstellungen** drücken, wird eine orange Warnanzeige (Abbildung 8) angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten.




Abbildung 8

Wenn Sie bestätigen, dass Sie fortfahren möchten, indem Sie auf **JA** (1) drücken, werden die folgenden Daten im Quantum Blue® Reader angepasst/gelöscht:

- Löschung aller Messergebnisse, Testmethoden und Einträge im Ereignisprotokoll
- Löschung aller Benutzer mit Ausnahme des standardmäßigen Verwaltungsbenutzers
- Löschung aller Benutzer-IDs und Passwörter. Zurücksetzung auf die standardmäßige „ADMIN“ Benutzer-ID und das „0000“ Passwort. Benutzerverwaltung wird eingeschaltet.
- Zurücksetzung der Sprache auf Englisch und der Helligkeit der Anzeige auf die Standardeinstellung 80 %
- Einstellung aller Dialog Einstellungen auf AUS und Aktivierung der Standardwerte
- Einstellung des Abfolgemodus auf Fail Safe Mode

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass der Quantum Blue® Reader bei Zurücksetzen auf die Herstellereinstellungen automatisch heruntergefahren und neu gestartet wird.


11.4.9 Dialog: Verwaltung der Einstellungen

In diesem Menü kann der Administrator Netzwerkverbindungen verwalten sowie eine Verbindung zur Quantum Blue® Connect Software und einer externen Server/Client Lösung einrichten, um Ergebnisse von externen Geräten zu verwalten und anzuzeigen.

Das Menü verfügt über 3 Untermenüs mit der folgenden Bezeichnung:


- **Netzwerk** (1)
- **Connect** (2)
- **Sicherheit** (3)

Wenden Sie sich an Ihren Labor-IT-Spezialisten falls Sie Hilfe benötigen, um die Verbindungen einzurichten, die in den folgenden Unterkapiteln beschrieben werden.



Dialog - Einstellungen: Untermenü Netzwerk


In diesem Menü können die Netzwerkeigenschaften des Lesegeräts wie z. B. die IP-Adresse, die Subnetzmaske und der Standardgateway konfiguriert werden. Alternativ kann ein DHCP (Dynamic Host Configuration-Protokoll) eingeschaltet werden (1) und der Quantum Blue® Reader erhält seine Netzwerkkonfiguration von einem DHCP-Server.



Die Einstellungen und Änderungen werden durch Drücken der Schaltfläche **Speichern** (2) gespeichert.

Dialog - Einstellungen: Untermenü Connect

Damit das Lesegerät Ergebnisse an die Quantum Blue® Connect Software melden kann, muss die **Connect**-Funktionalität eingeschaltet sein (1). Die Connect-Server-IP-Adresse und Port-Nummer müssen eingegeben und die Änderungen gespeichert (2) werden.



Durch Drücken auf **Test** (3) kann überprüft werden, ob die Verbindung zur Quantum Blue® Connect Software erfolgreich hergestellt wurde. Eine Erfolgsmeldung (Abbildung 9) wird in der Lesegerät-Anzeige angezeigt.




Abbildung 9

Dialog - Einstellungen: Untermenü Sicherheit


Die Einstellungen in diesem Menü sind nur für Mitarbeiter von BÜHLMANN Laboratories AG zugänglich.

11.4.10 Abschalt-Settings

Eine automatische Abmeldung mit nachfolgendem automatischem Herunterfahren des Geräts erhöht die Sicherheitsstufe des Quantum Blue® Readers, schützt Komponenten wie z. B. die Anzeige und spart Energie.

Sie können zwischen den folgenden drei verschiedenen Zeiträumen der Inaktivität des Quantum Blue® Readers, wonach es automatisch herunterfahren wird, wählen: 30, 60 oder 120 Minuten (1). Das Herunterfahren des Geräts kann auch deaktiviert werden (Aus (Off)) und der Quantum Blue® Reader wird nicht automatisch herunterfahren, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Wenn die **Benutzer-Abmeldung** eingeschaltet ist (2), wird der Benutzer nach 10 Minuten Inaktivität automatisch abgemeldet. Diese Funktion schützt das Lesegerät vor einer nicht autorisierten Verwendung.



12 WARTUNG UND REINIGUNG

HINWEIS

Die Sicherheitsinformationen sowie die Kapitel zu Wartung und Reinigung müssen aufmerksam durchgelesen und verstanden werden, bevor mit Wartungs- und Reinigungsarbeiten begonnen wird.

12.1 Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses des Quantum Blue® Readers ein feuchtes Tuch, das mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtet wurde. Wenn der Schmutz sich nicht entfernen lässt, reiben Sie die Oberfläche des Quantum Blue® Readers mit einem Tuch, das mit 70%igem Alkohol befeuchtet wurde. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie z. B. Aceton.


Bei hartnäckigeren Flecken und zur Desinfektion des Geräts kann die Oberfläche mit einem Tuch gereinigt werden, das in 1%iges Bleichmittel (1 % aktives Chlor) getaucht wurde, gefolgt von Nachwischen mit Wasser. Die Prozedur kann 2 bis 3 mal wiederholt werden. Es ist auch möglich, die restlichen Bleichmittelspuren mit 70%igem Alkohol-Lösungsmittel abzuwischen. Verschüttetes Material, das potentiell infektiös ist, sollte sofort abgewischt werden, und Materialien einschließlich Handschuhe, die zum Entfernen des verschütteten Materials verwendet wurden, sollten gemäß den Richtlinien für biologisch gefährliche Abfälle entsorgt werden.

Der Testkassettenhalter sollte mit staubfreien Reinigungsstäbchen oder geeigneten Tüchern gereinigt werden. Verwenden Sie keine Gegenstände die die Oberfläche beschädigen oder verkratzen können.

Wenn das Inneredes Quantum Blue® Readers kontaminiert ist, setzen Sie sich bitte direkt mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner von BÜHLMANN Laboratories AG in Verbindung (siehe Kapitel [13 Technische und wissenschaftliche Hilfe](#)).

12.2 Wartung

Falls der Quantum Blue® Reader eine Warnung während des Selbsttests anzeigt (weitere Informationen finden Sie in Abbildung 11 des Kapitels [12.3 Geräteselbsttest](#)), die angibt, dass die Optik die erforderlichen Werte nur teilweise oder nicht erfüllt hat, kann der Benutzer die interne Grauwertskala mit trockenen Reinigungsstäbchen reinigen. Im Menü **Wartung** wird eine Live-Ansicht des Geräteinneren in der Anzeige dargestellt und das Licht im Inneren des Systems wird eingeschaltet (Abbildung 10C). Der Benutzer kann jetzt die interne Grauwertskala reinigen und den Quantum Blue® Reader für einen weiteren Selbsttest neu starten.



Reinigungsschritte:

- Schalten Sie den Quantum Blue® Reader ein (Abbildung 10A)
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein fusselfreies Reinigungsstäbchen bereitgelegt haben (empfohlen: Techspray Super-Tip Foam Swab, Produkt 2306)
- Fahren Sie die Schublade vollständig aus dem Quantum Blue® Reader aus (Abbildung 10B) (Weitere Informationen zum Ausfahren der Schublade sind im Kapitel [5 Funktionsbeschreibung](#)) aufgeführt
- Gehen Sie auf System / Wartung → die Live-Ansicht beginnt (Abbildung 10C)
- Überprüfen Sie die Innenkammer des Quantum Blue® Readers und entfernen Sie vorsichtig Staub- und Schmutzpartikel von der internen Grauwertskala (dargestellt in Abbildung 10D).



Abbildung 10A





Abbildung 10B



Abbildung 10C



Abbildung 10D

 VORSICHT	Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera und die Leuchten des Quantum Blue® Readers, die sich auf der Oberseite der Innenkammer befinden, nicht berühren.
 HINWEIS	Der Wartungsmodus kann nur durch abruptes Herunterfahren verlassen werden - die Ein/Aus-Taste muss mindestens 6 Sekunden lang gedrückt werden, bis das Gerät ausschaltet. Nach dem Start wird der Quantum Blue® Reader einen Selbsttest durchführen und die Home-Anzeige wird angezeigt.

12.3 Geräte - Selbsttest

Der Quantum Blue® Reader ist ein hochempfindliches optisches Gerät für qualitative und quantitative Messungen. Zum Überprüfen des Zustands der mechanischen, elektronischen und optischen Komponenten des Geräts wird jedes Mal, wenn der Quantum Blue® Reader eingeschaltet wird, ein Selbsttest durchgeführt. Falls der Selbsttest fehlschlägt, wird entweder eine Warnmeldung angezeigt, dass die interne Grauwertskala gereinigt werden muss (Abbildung 11, siehe hierzu Kapitel [12.2 Wartung](#)), oder eine Warnmeldung wird auf der Anzeige des Quantum Blue® Readers angezeigt, dass der Kundendienst direkt kontaktiert werden soll (Abbildung 12).





Abbildung 11



Abbildung 12

Wenn der Selbsttest nicht erfolgreich war, verhindert der Quantum Blue® Reader weitere Messungen. Ergebnisse können weiterhin angezeigt und Einstellungen weiterhin geändert werden. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, den örtlichen Vertriebshändler von BÜHLMANN Laboratories AG zu kontaktieren. Beachten Sie bitte, dass sich das Messsignal aus den folgenden Gründen verändern kann:

- Kontamination der optischen Komponenten
- Elektromagnetische Störungen
- Änderungen der Temperatur/Luftfeuchtigkeit
- Mechanische Bewegungen
- Falsche Schublade

 HINWEIS	Bitte stellen Sie sicher, dass die Schublade mit der gleichen Seriennummer wie die Seriennummer des Quantum Blue® Readers eingefahren wird (siehe Kapitel 6 Auspacken und Einrichtungsverfahren).
--	--

13 TECHNISCHE UND WISSENSCHAFTLICHE HILFE

Wenn technische oder wissenschaftliche Hilfe erforderlich ist, wenden Sie sich bitte direkt an den örtlichen Vertriebshändler von BÜHLMANN Laboratories AG. Unsere örtlichen Vertriebshändler werden Ihnen anfängliche Hilfe bieten, um eine sofortige Lösung für Ihr Problem zu finden. Bei Bedarf kann unser örtlicher Vertriebshändler Ihre Fragen oder Probleme an die Kundendienstabteilung von BÜHLMANN Laboratories AG weiterleiten.

Falls Sie den Quantum Blue® Reader zurückschicken müssen, muss es dekontaminiert und frei von Krankheitserregern und infektiösen Materialien sein, um in einem nicht-biologischen Sicherheitslabor sicher gehandhabt werden zu können (siehe Kapitel [12.1 Reinigung](#)).

Der Quantum Blue® Reader muss in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Falls nicht mehr verfügbar, informieren Sie bitte Ihren örtlichen Vertriebshändler von BÜHLMANN Laboratories AG.

HINWEIS	Der entsprechende Quantum Blue® Reader ist von einer Garantie und Weiterbearbeitung ausgeschlossen, wenn das Sicherheitssiegel-Etikett auf der Rückseite des Quantum Blue® Readers manipuliert wurde.
----------------	---

14 FEHLERBEHEBUNG UND MELDUNGEN

Die folgende Tabelle führt Informationen zu Fehlermeldungen und möglichen Abhilfemaßnahmen auf.

Meldung auf der Graphischen Benutzeroberfläche	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Benutzeraktion
«Barcode nicht gefunden. Barcode auf Testkarte prüfen und erneut versuchen» Fehler 2001	Keine Barcodekarte in der Schublade. Nur eine von zwei Methodenbarcodes gefunden. Barcode ist unleserlich aufgrund z. B. von Schmutz, Beschädigung, Kratzern, ...	Prüfen Sie, ob sich die Barcodekarte in der Schublade befindet und versuchen Sie erneut (siehe auch Kapitel 11.2 Tests aktualisieren).
«Ungültige/r Barcode/Methode. Gültigen Barcode einlegen und erneut versuchen» Fehler 2002	Falsches Protokoll (z. B. Testkassette anstelle der Barcodekarte in die Schublade eingelegt).	Barcodekarte in der Schublade prüfen und erneut versuchen.
«Test verfallen. Verfallsdatum des Tests prüfen» Fehler 2003	Verfallsdatum des Test überschritten.	Verfallsdatum des Tests prüfen. Neuen Test verwenden falls verfallen.
«Test <-> Kassette stimmt nicht überein» Fehler 2004 und Fehler 2016	Die gewählte Testmethode stimmt nicht mit dem Barcode auf der Testkassette überein (Produkt-ID und/oder Lot-ID).	Legen Sie innerhalb von 30 Sekunden eine Testkassette ein, die mit der gewählten Methode übereinstimmt oder wählen Sie die richtige Testmethode und messen Sie die Testkassette innerhalb von 30 Sekunden erneut.

Meldung auf der Graphischen Benutzeroberfläche	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Benutzeraktion
«Der Test ist bereits vorhanden» Fehler 2012	Eine Testmethode mit der gleichen Produkt-ID und Lot-ID ist bereits auf dem Quantum Blue® Reader installiert.	Löschen Sie die Methode mit dem gleichen Namen und der gleichen Lot-ID, die auf dem Gerät vorhanden ist. Falls erforderlich, kontaktieren Sie Ihren Geräte-Administrator..
«Keine Kassette gefunden» Fehler 2006 und Fehler 2010	Es wurde keine oder eine nicht von BÜHLMANN stammende Testkassette eingelegt.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Testkassette eingelegt haben. Versuchen Sie es innerhalb 30 Sekunden erneut.
«Falsche Ausrichtung der Kassette» Fehler 2007 und Fehler 2017	Falsche Ausrichtung der Testkassette	Drehen Sie die Kassette um 180° und legen Sie die Kassette erneut innerhalb von 30 Sekunden ein. Die entsprechenden Anweisungen werden auf der Anzeige des Quantum Blue® Readers angezeigt. Wenn 30 Sekunden überschritten wurden, nehmen Sie eine neue Testkassette und tragen Sie die gleiche Probe erneut auf.
«Reader-Initialisierungstest fehlgeschlagen. Kundendienst anrufen» / oder «Gerätefehler. Gerät erneut starten» Fehler 1001 und Fehler 1003	Selbsttest fehlgeschlagen	Gerät erneut starten. Konsultieren Sie Ihren örtlichen Vertriebshändler von BÜHLMANN Laboratories AG, wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird (siehe Kapitel 12.3 Geräteselbsttest).
«Systemfehler. Text: xx Nummer: yy Modus: zz» Fehler 2000	Möglicher Hardware- oder Software-Fehler	Starten Sie das Gerät erneut oder konsultieren Sie Ihren örtlichen Vertriebshändler von BÜHLMANN Laboratories AG, wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird.
«Wartung empfohlen» Fehler 201	Die Selbsttestwerte sind knapp unterhalb ihrer Sollwertgrenzwerte	.Führen Sie eine Wartung des Quantum Blue® Readers durch, indem Sie die interne Grauwertskala mit Reinigungsstäbchen reinigen (siehe Kapitel 12.2 Wartung)..
«Schublade während Initialisierung geöffnet. Schublade schliessen, Gerät neu starten.» Fehler 1004	Die Schublade ist während der Initialisierung offen.	Schliessen Sie die Schublade, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um einen neuen Test zu starten.

15 TECHNISCHE DATEN

BÜHLMANN Laboratories AG behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den technischen Daten vorzunehmen.

15.1 Abmessungen und Gewicht des Geräts

Abmessungen	H / W / T: 150 x 150 x 150 mm (6 x 6 x 6 Zoll)
Gewicht	Ca. 1,2 kg (2,6 Pfund)

15.2 Mechanische Daten und Hardware-Merkmale

Graphische Benutzeroberfläche	Interaktives 10,9 cm (4,3 Zoll) Touchscreen
Rauschen	< 10 db(A)
Verbindungen	3 x USB, 1x Ethernet
Speicherkapazität	Bis zu 99 Testmethoden und bis zu 300 Testergebnisse
Betriebsbedingungen	+15 bis +35 °C (59 bis 95 °F), Luftfeuchtigkeit < 70 %, nicht kondensierend
Transportbedingungen	-20 bis +50 °C
Lagerungsbedingungen	+15 bis +40 °C
IP-Klassifizierung	IP10

15.3 Software-Merkmale

Gerätesoftware (ISW = Instrument software)	Die Gerätesoftware ist die Betriebs- und Steuereinheit des Quantum Blue® Readers. Es ermöglicht dem Lesegerät Testkassetten zu scannen, Testläufe zu analysieren sowie die Ergebnisse von Testläufen anzuzeigen und zu speichern.
Quantum Blue® Connect Software	Die Quantum Blue® Connect Software ist eine optionale Komponente, die verwendet werden kann, um Daten auf externen Computern zu Verwalten und zu Speichern, sowie den Quantum Blue® Reader an Labor-Informationssysteme oder ähnliche Informationssysteme anzuschließen.

15.4 Optik

Optik System	5 Mpix Kamera (8 Bit)
Signaldetektion	Kolorimetrisch
Kolorimetrische Detektion	Kolloidales Gold, gefärbte Latexkügelchen, Kohlenstoffpartikel usw.
Messzeit	< 20 Sekunden
Überwachung	Interne Referenzprüfung mit Feststoffstandards

15.5 Anforderungen an die Stromversorgung des Geräts

Externe Stromversorgung	Eingang: 100–240 V AC / 0,5 A / 50-60 Hz; Ausgang: +12 V DC / 1,67 A
-------------------------	---

15.6 Optionales Zubehör

Externer Drucker	Dymo TM 450/550 Etikettendrucker
Druckeretiketten	Dymo große Adressetiketten (101 mm x 54 mm)
Barcode-Lesegerät	Modell Zebra DS 2208*
Reinigungsstäbchen	Techspray, Super-Tip Foam Swab, Produkt 2306
Andere	Tastatur, Maus, die über die USB-Anschlüsse angeschlossen werden können

*Der Quantum Blue® Reader wurde in Kombination mit dem Barcode-Lesegerät Modell Zebra DS 2208 geprüft. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, wenn alternative/andere Barcode-Lesegerät-Modelle verwendet werden.

15.7 Anwendbare Normen

CE-Konformität mit CE	Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet in Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinie und Verordnung über <i>In-vitro</i> -Diagnostika	(EU) 2017/746
Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 2-6: Besondere Anforderungen - Medizinische In-vitro-Diagnosegeräte (IVD)	DIN EN 61326-2-6:2013 + IEC 61326-2-6:2012
Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte Teil 1: Allgemeine Anforderungen Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2-101: Besondere Anforderungen an In-vitro-Diagnostik (IVD)-Medizingeräte	EN 61010-1:2010 + IEC 61010-1:2010 EN 61010-2 101:2017 + IEC 61010-2-101:2015
Einschränkung von gefährlichen Stoffen (RoHS)	Aufgrund der Lieferantenangaben für die verwendeten Teile und nach unserem derzeitigen Kenntnisstand kann das Gerät als RoHS-konform deklariert werden	dir. 2011/65/EU dir. 2015/863/EU
REACH	Basierend auf den Lieferantenerklärungen für die verwendeten Teile und nach unserem derzeitigen Kenntnisstand kann das Gerät als REACH deklariert werden	dir. 1907/2006/EC

16 GARANTIE UND VERPFLICHTUNGEN

Bei Produkt- und Kundendienstanfragen wenden Sie sich bitte an:

BÜHLMANN Laboratories AG

Baselstrasse 55, 4124 Schönenbuch, Schweiz

Tel.: + 41 61 487 12 12

Fax: + 41 61 487 12 34

E-Mail: support@buhlmannlabs.ch

Der Kunden- und Produktservice ist während normaler Geschäftszeiten verfügbar (Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ)).

16.1 Produktgarantie

Für alle mechanischen und elektronischen Komponenten sowie die Betriebssicherheit des Produkts gilt eine zwölf (12) monatige Herstellergarantie.

Bei gebrauchten Geräten ist die Haftung und Garantie für Defekte ausgenommen.

Der Ort der Erfüllung der Garantieansprüche ist BÜHLMANN, Schönenbuch. Es obliegt BÜHLMANN zu entscheiden, ob die fehlerhafte Komponente bzw. das fehlerhafte Produkt vor Ort oder in Schönenbuch repariert oder ausgetauscht wird. Produkte werden frei Haus an Bord zum und von dem Standort des Unternehmens geliefert.

Die Garantie gilt nicht für Bedienungsfehler und Schäden, die auf eine unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, insbesondere dem Gebrauch von Drittanbietersoftware, die von BÜHLMANN nicht für das entsprechende Gerät genehmigt wurde.

Die Haftung von BÜHLMANN wird in keinem Fall über die Verpflichtung, eine fehlerhafte Komponente oder ein fehlerhaftes Produkt zu ersetzen, hinausgehen. Diese Ausschlüsse und Beschränkungen für Schäden gelten, unabhängig davon, wie der Verlust bzw. Schaden entstanden ist (Vertragsbruch, unerlaubte Handlung oder anderweitiges).

BÜHLMANN haftet nicht für Verluste, die durch den Gebrauch des Quantum Blue® Readers, seiner Software oder durch vom Kunden erstellte und/oder an Dritte weitergeleitete Analyseergebnisse verursacht werden.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass der Quantum Blue® Reader von einer Garantie und Weiterbearbeitung ausgeschlossen ist, wenn das Sicherheitssiegel-Etikett auf der Rückseite des Quantum Blue® Readers manipuliert wurde.

16.2 Verpflichtungen des Nutzers

Mit Ausnahme von Schäden oder Defekten, die auf BÜHLMANN zurückzuführen sind, kann der Benutzer gegen BÜHLMANN keine Ansprüche geltend machen für beschädigte oder fehlerhafte Produkte oder Komponenten. Der Benutzer soll den Zustand des Produkts sofort nach Erhalt sorgfältig überprüfen.

Wenn die von BÜHLMANN Laboratories AG gegebenen Anweisungen hinsichtlich der Lagerung, Installation und dem Umgang mit den Produkten nicht befolgt werden, oder an dem Produkt Änderungen vorgenommen wurden, wenn Teile ausgetauscht wurden oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht den ursprünglichen Vorgaben entsprechen, so gehen jegliche Garantieansprüche verloren, es sei denn der Kunde oder Geschäftspartner kann jegliche Behauptung widerlegen, dass irgendeiner dieser Umstände den Gerätefehler verursacht hat.

Defekte, Fehllieferungen, fehlerhafte Mengen oder Transportschäden müssen seitens des Benutzers in schriftlicher Form oder über Fax unverzüglich an den BÜHLMANN Vertriebspartner oder direkt an BÜHLMANN gemeldet werden (Bei Defekten, die sofort festgestellt werden können), ansonsten innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der Produkte am Aufstellort. Der Fehler muss deutlich beschrieben werden; daher ist es notwendig, dass der Benutzer seinen Verpflichtungen hinsichtlich einer sorgfältigen Untersuchung und Mitteilung ordnungsgemäß nachkommt.

16.3 Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE)

Dieser Abschnitt enthält Angaben über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall durch Benutzer innerhalb der Europäischen Gemeinschaft.

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall fordert die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne mit Balken (siehe unten) weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf; es muss entsprechend den örtlichen Vorschriften einer zugelassenen Aufbereitungsanlage oder einem ausgewiesenen Sammelpunkt für das Recycling zugeführt werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling von elektronischen Geräten bei ihrer Entsorgung dienen dem Schutz der natürlichen Ressourcen und gewährleisten, dass das Produkt so wiederverwertet wird, dass die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt werden.



BÜHLMANN Laboratories AG übernimmt die Verantwortung entsprechend den speziellen Recycling-Anforderungen für elektrische und elektronische Geräte. Beim Austausch eines durch die BÜHLMANN Laboratories AG gelieferten Produkts bietet die BÜHLMANN Laboratories AG das kostenlose Recycling der WEEE-gekennzeichneten elektronischen Geräte innerhalb von Europa an. Wenn ein Austauschprodukt nicht von BÜHLMANN Laboratories AG gekauft wurde, kann das Recycling auf Nachfrage durch einen zusätzlichen Kostenaufschlag angeboten werden. Für das Recycling elektronischer Geräte wenden Sie sich für das erforderliche Rücksendeformular an Ihren örtlichen Vertriebshändler von BÜHLMANN Laboratories AG. Nach Eingang des Formulars werden Sie von BÜHLMANN Laboratories AG kontaktiert, entweder für weitere Informationen zum Zeitplan der Sammlung des elektronischen Abfalls, oder um Ihnen ein individuelles Angebot zu unterbreiten.

17 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



BÜHLMANN Laboratories AG
 Baselstrasse 55
 4124 Schönenbuch
 Switzerland
 Phone +41 61 487 12 12
 Fax +41 61 487 12 34
 info@buhlmannlabs.ch
 www.buhlmannlabs.ch

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / EU DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE / DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

DE: Wir, BÜHLMANN Laboratories AG, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unten angegebene Produkt den Bestimmungen der IVD-Verordnung (EU) 2017/746 für *In-vitro*-Diagnostika entspricht und in Einklang mit anderen relevanten Rechtsvorschriften der Union, gemeinsamen Spezifikationen (GS)¹⁾ und anderen normativen Dokumenten steht.

EN: We, BÜHLMANN Laboratories AG, declare under sole responsibility that the device specified below meets the provision of the IVD Regulation (EU) 2017/746 for *in vitro* diagnostic medical devices and is in conformity with other relevant Union legislations, common specifications (CS)¹⁾ and other normative documents.

FR: Nous, BÜHLMANN Laboratories AG, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit spécifié ci-dessous est conforme aux dispositions du règlement IVD (UE) 2017/746 pour les dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro* et qu'il est conforme aux autres législations pertinentes de l'Union, des spécifications communes¹⁾ et autres documents normatifs.

IT: Noi, BÜHLMANN Laboratories AG, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto specificato di seguito è conforme alle disposizioni del regolamento IVD (UE) 2017/746 per i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* ed è conforme ad altre leggi dell'Unione pertinenti, specifiche comuni (SC)¹⁾ e altri documenti normativi.

ES: Nosotros, BÜHLMANN Laboratories AG, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto especificado a continuación cumple con las disposiciones del Reglamento IVD (UE) 2017/746 para productos sanitarios de diagnóstico *in vitro* y conforme con otra legislación pertinente de la Unión, especificaciones comunes¹⁾ y otros documentos normativos.

PT: Nós, BÜHLMANN Laboratories AG, declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto especificado abaixo cumpre as disposições do Regulamento IVD (UE) 2017/746 para dispositivos médicos de diagnóstico *in vitro* e está em conformidade com outra legislação relevante da União, especificações comuns¹⁾ e outros documentos normativos.


Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer Nom et adresse du fabricant Nome e indirizzo del produttore Nombre y localización del fabricante Nome e localização do fabricante	BÜHLMANN Laboratories AG, Baselstrasse 55, 4124 Schönenbuch, Switzerland	Name und Adresse des EU-Bevollmächtigter Name and address of EU authorised representative Nom et adresse du mandataire de l'UE Nome e indirizzo del mandatario dell'UE Nombre y localización del representante autorizado de la UE Nome e localização do mandatário da UE	BÜHLMANN Germany GmbH Marie-Curie-Straße 8, 79539 Lörrach, Germany
Einmalige Registrierungsnummer (SRN) Single registration number (SRN) Numéro d'enregistrement unique Numero di registrazione unico Número de registro único (SRN) Número único de registro	CH-MF-000026305	Einmalige Registrierungsnummer (SRN) Single registration number (SRN) Numéro d'enregistrement unique Numero di registrazione unico Número de registro único (SRN) Número único de registro	DE-AR-000024782
Produktname/ Katalognummer Product name/ Catalogue number Nom du produit/ Numéro de catalogue Nome del prodotto/ Numero di catalogo Nombre del producto/ Número de catálogo Nome do produto/ Número de catálogo	Quantum Blue® Reader/ BI-POCTR-ABS (Seriennummer grosser als 3000 serial numbers above 3000 numéros de série supérieurs à 3000 numeri di serie superiori a 3000 números de serie superiores a 3000 números de série acima de 3000)	Basis UDI-DI Basic UDI-DI IUD-ID de base UDI-DI di base UDI-DI básico UDI-DI básico	+EBUHBPOCTRABS2K
Zweckbestimmung Intended purpose Destination prévue Destinazione d'uso Uso previsto Utilização prevista	Der Quantum Blue® Reader ist ein Schnelltest-Lesegerät zum <i>in vitro</i> Nachweis und/oder zur Quantifizierung von Analysemethoden auf Lateral Flow Testkassetten. Der Quantum Blue® Reader wird ausschließlich in Kombination mit BÜHLMANN Lateral Flow Tests verwendet. The Quantum Blue® Reader is a rapid test reader for the <i>in vitro</i> detection and/or quantification of target analytes on lateral flow test cassettes. The Quantum Blue® Reader is used only in combination with BÜHLMANN lateral flow tests. Le Quantum Blue® Reader est un lecteur de test rapide pour la détection et/ou la quantification <i>in vitro</i> d'analytes cibles sur des cassettes test à flux latéral. Le Quantum Blue® Reader est uniquement utilisé en association avec les tests par dosage à flux latéral BÜHLMANN. Quantum Blue® Reader è un lettore di test rapidi per la rilevazione e/o quantificazione <i>in vitro</i> di analiti target su cassette di test a flusso laterale. Quantum Blue® Reader è utilizzato esclusivamente in abbinamento ai test a flusso laterale BÜHLMANN. El Quantum Blue® Reader es un lector de pruebas rápidas para la detección y/o cuantificación <i>in vitro</i> de analitos de interés en cartuchos para pruebas de flujo lateral. El Quantum Blue® Reader se utiliza sólo en combinación con las pruebas de flujo lateral de BÜHLMANN. O Quantum Blue® Reader é um leitor de teste rápido para a deteção e ou quantificação <i>in vitro</i> de analitos de interesse em cassetes de teste de fluxo lateral. O Quantum Blue® Reader somente é usado em combinação com testes de fluxo lateral BÜHLMANN.		

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



BÜHLMANN Laboratories AG
 Baselstrasse 55
 4124 Schönenbuch
 Switzerland

Phone +41 61 487 12 12
 Fax +41 61 487 12 34
 info@buhlmannlabs.ch
 www.buhlmannlabs.ch

<p>Risikoklasse gemäss Anhang VIII der EU Verordnung 2017/746 Risk class in accordance to Annex VIII of the EU Regulation 2017/746 Classe de risque selon l'annexe VIII du Règlement (UE) 2017/746 Classe di rischio secondo l'allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/746 Clase de riesgo de acuerdo con el anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/746 Classe de risco de acordo com o anexo VIII do Regulamento (UE) 2017/746</p>	<p>Klasse A gemäss Klassifizierungsregel 5b Class A according to classification rule 5b Classe A selon du règle de classification 5b Classe A secondo la regola di classificazione 5b Clase A según la norma de clasificación 5b Classe A de acordo com a regra de classificação 5b</p>	<p>i) Weitere relevante (Unions) Rechtsvorschriften und GS i) Other relevant (Union) legislations and CS i) D'autres actes législatifs de l'Union pertinents et spécifications communes i) Altre leggi (dell'Unione) pertinenti e SC i) Otra legislación pertinente de la Unión y especificaciones comunes i) Outra legislação relevante da União e especificações comuns</p>	<p>DIN EN 61326-2-6:2013 + IEC 61326-2-6:2012 EN 61010-1:2010 + IEC 61010-1:2010 EN 61010-2 101:2017 + IEC 61010-2-101:2015 dir. 2011/65/EU dir. 2015/863/EU dir. 1907/2006/EC</p>
<p>Konformitätsbewertungsverfahren gemäss EU Verordnung 2017/746 Conformity assessment procedure according to EU Regulation 2017/746 Procédure d'évaluation de la conformité au Règlement (UE) 2017/746 Procedura di valutazione della conformità secondo del Regolamento (UE) 2017/746 Procedimiento de evaluación de la conformidad según el Reglamento (UE) 2017/746 Procedimento de avaliação da conformidade de acordo do Regulamento (UE) 2017/746</p>	<p>Klasse A gemäss Anhang IV Class A according to Annex IV Classe A selon l'annexe IV Classe A secondo l'allegato IV Clase A según el anexo IV Classe A de acordo com o anexo IV</p>		
<p>Konformitätsbewertungsstelle (0123) Notified body (0123) L'organisme notifié (0123) Organismo di valutazione della conformità (0123) Organismo notificado (0123) Organismo notificado (0123)</p>	<p>Nicht Anwendbar Not Applicable Non applicable Non applicabile No aplicable Não Aplicável</p>	<p>Qualitätsmanagement System Zertifikatsnummer Quality management system certificate number Numéro de certificat du système du management de la qualité Numero del certificato del sistema di gestione della qualità Número de certificado del sistema de gestión de la calidad Número do certificado do sistema de gestão de qualidade</p>	<p>Nicht Anwendbar Not Applicable Non applicable Non applicabile No aplicable Não Aplicável</p>
<p>Ort und Datum Place and date Lieu et date Località e data Lugar y fecha Local e data</p>	<p>Schönenbuch, 2022-09-05</p>	<p>Unterschrift des Herstellers Signature of manufacturer Signature du fabricant Firma del produttore Signatura del fabbricante Assinatura do fabricante</p>	<p> Fabio Perretta Quality Management Representative</p>

ÄNDERUNGSLOG

Datum	Version	Änderung
2024-06-06	VA3	Einführung eines Haftungsausschlusses in Kapitel <i>"8 Allgemeine Bedienung"</i> Einführung einer Passwortempfehlung in Kapitel <i>"8.3 Erstanmeldung"</i> Aktualisierung der Screenshots in den Kapiteln <i>"9.2 Fail Safe Mode: Starten eines Tests"</i> (Schritt 3 und 7), <i>"9.3 Fast Track Mode: Starten eines Tests"</i> (Schritt 2 und 7), <i>"10 Ergebnisse anzeigen"</i> , <i>"11.4.3 Löschen von nicht gesendeten Ergebnissen"</i> und <i>"11.4.5 Benutzerverwaltung"</i> Aktualisierung der Kapitel <i>"7.2 Hardware-Installation / Zubehör"</i> , und <i>"15.6 Optionales Zubehör"</i> mit Einführung des neuen Thermodruckers Aktualisierung der Kapitel <i>"9.2 Fail Safe Mode: Starten eines Tests"</i> (Schritt 5), <i>"9.3 Fast Track Mode: Starten eines Tests"</i> (Schritt 5) und <i>"15.6 Optionales Zubehör"</i> mit Einführung der Anschluss- und Nutzungsmöglichkeiten von Tastatur/Maus Aktualisierung der Konformitätserklärung in Kapitel <i>"17 Konformitätserklärung"</i>

VORFALLMELDUNG IN EU MITGLIEDSSTAATEN

Sollte sich ein schwerwiegender Zwischenfall im Zusammenhang mit diesem Gerät ereignet haben, melden Sie dies bitte unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates.

Hinweis

Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Marken

Die in diesem Dokument benutzten Marken und Etiketten sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Copyright- Informationen

Quantum Blue® Reader Bedienerhandbuch

Dokumentversion: VA3

© Copyright 2022 durch BÜHLMANN Laboratories AG

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich von BÜHLMANN Laboratories AG gestattet.

Gedruckt in der Schweiz

BÜHLMANN Produkte unterliegen den Qualitätsstandards im Qualitätsmanagementsystem gemäss ISO 13485.